PUSH MED SHOULDER BRACE PLUS

INTRODUCTION

Push med products provide effective solutions for the treatment and prevention of injuries of the locomotor apparatus.

Your new shoulder brace is a Push med product, characterised by a high level of effectiveness, comfort and quality. The Push med shoulder brace Plus ensures proper fixation and pain relief. Mechanical support and stable shoulder positioning constitute the basis of its performance.

Push med products are innovative and are manufactured for you with great care. We are committed to providing you maximum confidence in the interest of satisfied users. Read the product information carefully before you use the Push med shoulder brace Plus. If you have any questions, do not hesitate to ask your supplier or use www.push.eu (info@push.eu)

PRODUCT CHARACTERISTICS

The Push med shoulder brace Plus consists of four components. The breast strap, which is closed around the chest or upper waist, constitutes the basis of the brace. This strap only needs to be adjusted once for the correct size. The 'quick lock' (2) can be used to open and close the breast strap and to adjust it for maximum comfort. To prevent abduction of the shoulder as much as possible, the upper arm strap fixes the upper arm against the body. The comfortable wrist/hand support keeps the arm fixed and supports it. The Push med shoulder brace Plus adds comfort through the shoulder strap that has been added to the brace: this strap provides additional immobilisation and support to the affected shoulder joint and allows the brace to be kept at the desired height. Each fixation point is individually adjustable, for an optimal fit in all circumstances. The brace is made of Sympress™, a comfortable and high-quality material. The microfibre used makes the inside soft to the touch and keeps the skin dry. The edges of the straps also feel soft. The Push med shoulder brace Plus can be washed normally.

INDICATIONS

- Collarbone fracture
- Treatment after (sub)luxation
- Treatment after luxation of the SC or AC joint
- Postsurgical treatment
- Humerocoracalar periarthritis
- Subcapital humeral fracture
- As a sling in the case of a flaccid hemiparesis (also at night)

There are no known disorders where the brace cannot or should not be worn. In the case of poor blood circulation in the limbs, a brace may cause hyperaemia. Avoid applying the brace too tightly in the beginning.

Pain is always a sign of warning. If the pain persists or the complaint deteriorates, it is advisable to consult your doctor or therapist.

FITTING / SETTING

The shoulder brace is available in 3 sizes. For proper fitting, the chest circumference is measured 5 centimetres above the level of the hanging elbow. The table on the packaging shows the correct brace size for your chest circumference.

The correct fitting sequence is determined by the increasing molecule symbols on the hook and loop fasteners (○ △ □).

All hook and loop fasteners marked with symbols must be opened; the others remain shut and kurz überhalb des Ellenbogens anlieben (○).

A. Grasp the brace with the nonaffected arm at the wide section of the shoulder strap.
B. Put the affected arm and your head through the opening.
C. Close the upper arm strap by passing the strap through the clasp and closing it just above the elbow (○).

For the professional who supplies the brace: Before initial use, two straps of the brace must be adjusted for the patient once:

D1. Adjust the shoulder strap at the back to ensure that the breast strap is a the same height as the upper arm
D2. Then adjust the breast strap so that it fits closely to the body and feels comfortable for the patient.

D. Close the breast strap so that it fits comfortably (△).
E. Put your hand in the wrist/hand support and close it on the shoulder strap (△).
F. You may slide the wrist/hand support on the breast strap (left/right) or pull it (up/down), to achieve the best possible fit.

Fixing instructions for patients in a reclining position:

- Measure half of the circumference of the patient
- Multiply this by 2
- Use the clasp to adjust the length of the breast strap at the back
- Open the breast strap using the quick release
- Fit the brace

CARE AND MAINTENANCE

To promote hygiene and to maximise the lifespan of the brace, it is important to wash the brace regularly, observing the washing instructions.

If you intend not to use the brace for some time, it is recommended that you wash and dry the brace before storage.

Before washing, close the hook and loop fasteners to protect the brace and other laundry.

The brace can be washed at temperatures up to 30 °C, on a delicate fabrics cycle or by hand. Do not use any bleaching agents.

A gentle spin-dry cycle can be used: after this, hang the brace up to dry in the open air (**not** near a heating source or in a tumble drier).

IMPORTANT

- Proper use of the Push brace may require diagnosis by a doctor or therapist.
- Push braces were designed to be worn on an undamaged skin. Damaged skin must first be covered with suitable material.
- Optimal functioning can only be achieved by selecting the right size. Fit the brace before purchasing, to check its size. Your reseller's professional staff will explain the brace to fit your Push brace. We recommend that you keep this product information in a safe place, to be able to consult it for fitting instructions whenever needed.
- Consult a brace specialist if the product requires individual adaptation.
- Check your Push brace before use for signs of wear or ageing of components or seams. Optimal performance of your Push brace can only be guaranteed if the product is fully intact.
- Within the framework of EU regulation 2017/745 on medical devices, the user must report any serious incident involving the product to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user is established.
- It is advisable in the case of possible skin irritation to wear the brace over one's clothes.

Push® is a registered trademark of Nea International bv

PUSH MED SCHULTERFIXATIONSBANDAGE PLUS

EINLEITUNG

Push med Produkte bieten wirksame Lösungen zur Behandlung und Vorbeugung von Verletzungen des Bewegungsapparates.

Ihre neue Schulterfixationsbandage ist ein Push med Produkt, das sich durch hohe Wirksamkeit, Komfort und Qualität auszeichnet. Die Push med Schulterfixationsbandage Plus bietet verbesserte Stabilität und Schmerzlinderung. Mechanische Unterstützung und hohe Stabilität bilden die Grundlage dieser Bandage.

Push med Produkte sind innovativ und werden mit größter Sorgfalt für Sie hergestellt. Unser Ziel ist es, Ihnen eine optimale Sicherheit zu bieten und somit eine zufrieden stellende Verwendung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie sorgfältig die Produktinformationen, bevor Sie die Push med Schulterfixationsbandage verwenden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder besuchen Sie unsere Internetseite www.push.eu (info@push.eu).

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ihre Push med Schulterfixationsbandage Plus besteht aus vier Teilen. Das Brustband, das um den Brustkorb oder hoch in der Taille geschlossen wird, ist das Grundelement der Bandage. Die Maße dieses Bandes brauchen nur einmal individuell eingestellt zu werden. Mithilfe des Schnellverschlusses (2) kann das Brustband geöffnet und geschlossen sowie genau eingestellt werden, sodass es bequem sitzt. Mit dem Oberarmband wird der Oberarm am Körper fixiert und Abduktion verhindert. Das bequeme Handgelenkband gewährleistet eine Fixierung des Arms bei gleichzeitiger Unterstützung. Die Push med Schulterfixationsbandage Plus bietet noch mehr Komfort, weil sie über ein zusätzliches Schulterband verfügt: Das Band gewährleistet zusätzliche Immobilisierung und Unterstützung des betroffenen Schultergelenks und die Hand kann in der gewünschten Höhe gehalten werden. Jeder Fixierungspunkt ist für eine optimale Passform in jeder Situation individuell einstellbar. Die Bandage ist aus Sympress™, einem hochwertigen und bequemen komfortablen Material. Die Verwendung von Mikrofaser sorgt für eine weiche Innenseite des Bandes sowie der Bandränder und hält die Haut trocken. Die Push med Schulterfixationsbandage Plus kann normal gewaschen werden.

INDIKATIONEN

- Clavicularfraktur
- Behandlung nach (Sub)Luxation
- Behandlung nach (Sub)Luxation des SC- oder AC-Gelenks
- Postoperative Behandlung
- Periartritis humerocapularis
- Humeruskopffraktur
- Als Nachtschlinge bei schlaffer Hemiparese (auch nachts)

Es sind keine Beschwerden bekannt, bei denen die Bandage nicht getragen werden kann oder sollte. Bei schlechter Durchblutung der Glieder kann eine Bandage zu Hyperämie führen. Vermeiden Sie es, die Bandage anfänglich zu fest anzulegen.

Schmerz ist immer ein Warnsignal. Wenn der Schmerz anhält oder die Beschwerden sich verschlimmern, ist es ratsam einen Arzt aufzusuchen.

ANMESSEN/ANLEGEN

Die Schulterfixationsbandage ist in drei Größen erhältlich. Für eine korrekte Passform wird der Brustumfang gemessen. Die Tabelle auf der Verpackung zeigt die richtige Größe für Ihren Brustumfang an.

Die korrekte Reihenfolge wird durch die zunehmenden Molekülsymbole auf dem Klettverschluss bestimmt. (○ △ □).

Öffnen Sie alle Klettverschlüsse, auf denen sich Symbole befinden; alle anderen bleiben geschlossen.

A. Halten Sie mit Ihrem gesunden Arm das Band am breiten Teil des Schulterbandes fest.
B. Stecken Sie nun den betroffenen Arm und Ihren Kopf durch die Öffnung.
C. Schließen Sie das Oberarmband, indem Sie das Band durch den Verschluss ziehen und kurz oberhalb des Ellenbogens anlieben (○).

Hinweis für die Fachkraft, die das Band anlegt: Beim ersten Einsatz sind zwei Bänder der Bandage einmalig individuell auf den Patienten einzustellen:

D1. Stellen Sie das Schulterband auf der Rückseite so ein, dass sich das Brustband auf der gleichen Höhe wie das Oberarmband befindet.
D2. Stellen Sie das Brustband anschließend so ein, dass es am Körper des Patienten anliegt und bequem sitzt.

D. Schließen Sie das Brustband so, dass es bequem am Körper des Patienten anliegt und bequem sitzt (△).
E. Legen Sie die Hand in das Handgelenkband und verschließen Sie dieses am Schulterband (△).
F. Für eine für Sie möglichst bequeme Position können Sie das Handgelenkband über dem Brustband nach links oder rechts verschieben oder heben und senken.

Hinweise zum Anlegen der Bandage bei einem liegenden Patienten:

- Messen Sie den halben Umfang des Patienten
- Multiplizieren Sie diesen mit 2
- Stellen Sie den Umfang des Brustbandes an der Rückseite mithilfe der Schnalle ein
- Öffnen Sie das Brustband am Schnellverschluss
- Legen Sie die Bandage an

WASCHHINWEISE

Für eine gute Hygiene und eine längere Lebensdauer der Bandage ist es wichtig, die Bandage regelmäßig zu waschen und die Waschanleitung zu befolgen.

Wenn Sie Ihre Bandage über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, empfiehlt es sich, sie vor der Lagerung zuerst zu waschen und trocknen zu lassen.

Schließen Sie vor dem Waschen den Klettverschluss, um die Bandage und andere Wäsche zu schützen.

Die Bandage kann bei bis zu 30 °C im Schonwaschgang oder von Hand gewaschen werden. Keine Bleichmittel verwenden.

Ein leichtes Schleuderprogramm kann angewendet werden. Hängen Sie anschließend die Bandage im Freien zum Trocknen auf (**nicht** in der Nähe von Heizquellen oder im Wäschetrockner trocknen).

WICHTIG

- Für die richtige Anwendung der Push Bandage kann eine Diagnose eines Arztes notwendig sein.
- Push Bandagen sind für das Tragen auf intakter Haut vorgesehen. Sollte die Haut verletzt sein, sollte sie mit einem geeigneten Mittel abgedeckt werden.
- Für eine optimale Funktion ist die richtige Wahl der Größe entscheidend. Bitte passen Sie daher Ihre Bandage vor dem Kauf an, um die Größe zu überprüfen. Das Fachpersonal an Ihrer Verkaufsstelle wird Ihnen erklären, wie Sie Ihre Push Bandage optimal anlegen. Bewahren Sie die Produktinformationen auf, damit Sie jederzeit das Anlegen der Bandage nachlesen können.
- Wenden Sie sich an den Spezialisten, wenn das Produkt individuelle Anpassungen erfordert.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Ihrer Push Bandage, dass keine Abnutzung oder Alterung von Teilen oder Nähten entstanden ist. Eine optimale Funktion Ihrer Push Bandage ist nur dann gewährleistet, wenn das Produkt vollständig intakt ist.
- Gemäß der EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte muss der Benutzer jeden schweren Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde in dem EU-Mitgliedstaat, in dem der Benutzer ansässig ist, melden.
- Es empfiehlt sich, das Brustband bei möglichen Irritationen der Haut über der Kleidung zu tragen.

Push® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Nea International bv

PUSH MED SCHOUDERBRACE PLUS

WOORD VOORAF

Push med producten bieden oplossingen binnen de behandeling en het voorkomen van letsels van het bewegingsapparaat.

Uw nieuwe schouderbrace is een Push med product en wordt gekenmerkt door een hoge mate van effectiviteit, comfort en kwaliteit. De Push med Schouderbrace Plus biedt een goede fixatie en verlicht eventuele pijn. Mechanische steun en een stabiele positionering van de schouder staan hiervoor aan de basis.

Push med producten zijn innovatief en worden met zorg voor u gemaakt. We stellen ons het doel u optimale zekerheid te bieden in het belang van een tevreden gebruik. Lees de productinformatie voor het gebruik van de Push med Schouderbrace Plus aandachtig door. Met eventuele vragen kunt u terecht bij uw leverancier of u kunt zich informeren via www.push.eu (info@push.eu).

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Uw Push med Schouderbrace Plus is opgebouwd uit 4 onderdelen. De borstband die laag om de borst of hoog in de taille wordt gesloten vormt de basis van de brace. Deze band hoeft slechts één keer individueel te worden voor de juiste maatvoering. Middels de 'snelsluiting' (2) kunt u de borstband openen en sluiten en precies instellen zodat hij prettig zit. Om abductie van de schouder zoveel mogelijk te voorkomen, houdt de bovenarmband die de bovenarm fixeert tegen de romp. De comfortabele pols-handsteun houdt de arm gefixeerd en ondersteunt deze. De Push med Schouderbrace Plus biedt extra comfort doordat er een schouderband is toegevoegd aan de brace: de band geeft extra immobilisatie en ondersteuning aan het aangedane schoudergewricht en de hand kan op de gewenste hoogte worden gehouden. Elk bevestigingspunt is individueel instelbaar, zodat altijd een goede pasvorm wordt bereikt. De brace is vervaardigd met Sympress™, een materiaal comfortabel is en van hoogwaardige kwaliteit. Door het gebruik van microvezels voelt de binnenzijde zacht aan en blijft de huid droog. Ook de randen van de banden voelen zacht aan. De Push med Schouderbrace Plus kan problemloos gewassen worden.

INDICATIES

- Claviculafractuur
- Behandeling na (sub)luxatie
- Behandeling na (sub)luxatie van het SC of AC gewricht
- Postoperatieve behandeling
- Periartritis humerocapularis
- Subcapitale humerusfractuur
- Stabilisatie van een slappe hemiparese (ook 's nachts)

Er zijn geen aandoeningen bekend waarbij de brace niet gedragen kan of mag worden. Bij een slechte doorbloeding van de ledematen kan een brace tot stuwing leiden. Leg de brace aanvankelijk niet te strak aan.

Pijn is altijd een waarschuwingsteken. Bij aanhoudende pijn of verergering van de klachten is het raadzaam uw behandelend arts of therapeut te raadplegen.

AANMETEN / AANLEGGEN

De schouderbrace is er in 3 maten. Voor de juiste maatkeuze wordt de borstomvang 5 centimeter boven de hoogte van de afhangende elleboog gemeten. In de tabel op de verpakking vindt u de juiste maat behorende bij de gemeten borstomvang.

De juiste aanlegvolgorde wordt bepaald door de oplopende molecuulsymbolen op het klittenband (○ △ □).

Alle klittenbanden met symbolen dient u open te maken, de andere blijven dicht.

A. Neem de brace bij het brede gedeelte van de schouderband met de niet-aangetane arm.
B. U steekt nu de aangetane arm en het hoofd door het gat.
C. Sluit de bovenarmband door de band door de gesp te rijgen en te sluiten net boven de elleboog (○).

Voor de professionele die de brace uitlevert: Bij het eerste gebruik dient een tweetal banden van de brace eenmalig voor de patiënt te worden ingesteld:

D1. Stel de schouderband aan de ruggzijde in zodat de borstband op dezelfde hoogte zit als de bovenarmband
D2. De borstband vervolgens dusdanig instellen, zodat de borstband aansluit aan het lichaam en comfortabel door de patiënt wordt ervaren.

D. Sluit vervolgens de borstband tot een comfortabele 'fit' (△).
E. Plaats de hand in de pols-handsteun en sluit deze op de schouderband (△).
F. U kunt de pols-handsteun verschuiven op de borstband (links/rechts) of opheffen (omhoog/beneden) voor een voor u zo optimaal mogelijke fitting.

Aanleginstructie in het geval dat een patiënt ligt:

- Meet de halve omtrek van de patiënt
- Vermenigvuldig deze met 2
- Stel omtrek borstband in aan de achterzijde middels de gesp
- Open de borstband bij de snelsluiting
- Leg de brace aan

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Voor een goede hygiëne en een langere gebruiksduur van de brace is het belangrijk om de brace regelmatig te wassen en de wasinstructies te volgen.

In het geval dat u de brace een langere periode niet gebruikt, is het aan te raden de brace eerst te wassen en te laten drogen, alvorens deze op te bergen.

Sluit de klittenbanden voor het wassen ter bescherming van de brace en ander wasgoed.

De brace kan gewassen worden bij maximaal 30 °C, fijne was of handwas. Gebruik tijdens het wassen geen bleekwater.

De brace mag licht gecentrifugeerd worden: hang de brace daarna in de open lucht te drogen (**niet** bij de verwarming of in een droogtrommel).

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Voor een juist gebruik van uw Push brace kan een diagnose door een arts of therapeut noodzakelijk zijn.
- Push braces zijn bedoeld om op de intacte huid te dragen. Mocht de huid beschadigd zijn, dan dient de huid met een daartoe geëigend middel afgedekt te zijn.
- Voor een optimale functie is een juiste maatkeuze essentieel. Past u daarom vóór aankoop uw brace om de maat te controleren. Het vakkundige personeel van uw verkoopadres zal u uit hoe u uw Push brace optimaal aanlegt. Bewaar de productinformatie zodat u later de aanleginstructies kunt nalezen.
- Raadpleeg de vakspecialist indien het product individuele aanpassingen vereist.
- Controleer vóór gebruik van uw Push brace of er geen slijtage of veroudering aan onderdelen of stiksnaden waarneembaar is. Een optimale functie van uw Push brace is alleen gewaarborgd indien het product volledig intact is.
- In het kader van EU verordening 2017/745 inzake medische hulpmiddelen dient de gebruiker ieder ernstig voorval in verband met het product te melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit in de EU-lidstaat waar de gebruiker is gevestigd.
- Het is raadzaam bij een mogelijke irritatie van de huid de brace over de kleding te dragen.

Push® is een geregistreerde merknaam van Nea International bv

BANDAGE D'ÉPAULE PUSH MED PLUS

INTRODUCTION

Les produits Push med offrent des solutions efficaces pour le traitement et la prévention de blessures de l'appareil locomoteur.

Votre nouveau bandage est un produit Push med se caractérisant par un haut niveau d'efficacité, de confort et de qualité. Le bandage Push med Plus assure une fixation correcte et soulage de la douleur. Le soutien mécanique et la positionnement stable de l'épaule constituent la base de son fonctionnement.

Les produits Push med sont innovants et sont fabriqués pour vous avec le plus grand soin. Nous nous engageons à offrir une confiance maximale dans l'intérêt des utilisateurs satisfaits. Lisez attentivement les informations relatives à l'utilisation de votre bandage Push med Plus. Si vous avez des questions, veuillez consulter votre revendeur ou utiliser l'adresse www.push.eu (info@push.eu).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Votre bandage Push med Plus se compose de quatre éléments. La bande de torse qui se referme autour du bas du buste ou du haut de la taille, constitue la base du bandage. Cette bande doit seulement être ajustée une fois à la taille correcte. On peut utiliser le « verrouillage rapide » (2) pour ouvrir et fermer la bande de torse et pour l'ajuster en vue d'un confort maximum. Pour éviter autant que possible une abduction de l'épaule, la bande de bras fixe le bras contre le corps. Le confortable support de poignet/main maintient le bras fixé et le soutient. La bande d'épaule ajoute au bandage Push med Plus améliore encore le confort : cette bande assure une immobilisation et un soutien supplémentaires à l'articulation d'épaule affectée et permet de maintenir la main à la hauteur souhaitée. Chaque point de fixation est individuellement réglable, pour un ajustement optimal en toutes circonstances. Le bandage est faite en Sympress™, un matériau confortable de haute qualité. La microfibre utilisée rend l'intérieur doux au toucher et laisse la peau sèche. Les bords des bandes sont également doux au toucher. Le bandage Push med Plus peut se laver normalement.

INDICATIONS

- Fracture de la clavicule
- Traitement après (sub)luxation
- Traitement après (sub)luxation de l'articulation sterno-claviculaire ou acromio-claviculaire
- Traitement postchirurgical
- Périarthrite huméro-scapulaire
- Fracture subcapitale de l'humérus
- Comme soutien en cas d'hémiparésie légère (également pendant la nuit)

Il n'existe aucune affection connue en raison de laquelle le bandage ne doit pas ou ne peut pas être porté. En cas de mauvaise circulation sanguine dans les membres, un bandage peut provoquer une hyperémie. Ne serrez pas excessivement le bandage, au début.

La douleur est toujours un signal d'avertissement. Si la douleur persiste ou si les symptômes augmentent, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre thérapeute.

DÉTERMINATION DE LA TAILLE/AJUSTAGE

Le bandage est disponible en 3 tailles. Pour un ajustage de précision correct, le tour de poitrine se mesure à peu près 5 centimètres au-dessous du coude du bras libre. Le tableau sur l'emballage vous indique la taille qui convient à votre tour de poitrine.

L'ordre d'ajustage correct est déterminé par les symboles de molécule croissants sur les fermetures à boucles et à crochets (○ △ □).

Toutes les fermetures à boucles et à crochets portant des symboles doivent être ouvertes; les autres restent fermées.

A. Saisissez le bandage avec le bras non affecté au niveau de la section large de celle-ci.
B. Placez le bras affecté et la tête à travers l'ouverture.
C. Fermez la bande de bras en la faisant passer à travers le fermoir et en fermant juste au-dessous du coude (○).

Pour les professionnels qui fournissent le bandage : Avant la première utilisation, deux bandes du bandage doivent être ajustées une fois au patient :

D1. Réglez la bande d'épaule à l'arrière pour vous assurer que la bande de torse est à la même hauteur que le bras
D2. Ajustez ensuite la bande de torse afin qu'elle s'ajuste parfaitement et de manière confortable au corps du patient.

D. Fermez la bande de torse afin qu'elle s'ajuste confortablement (△).
E. Mettez la main dans le support de poignet/main et fermez-la sur la bande d'épaule (△).
F. Vous pouvez faire glisser le support de poignet/main sur la bande de torse (gauche/droite) ou le tirer (haut/bas), pour obtenir le meilleur ajustement possible.

Instructions de fixation pour les patients en position étendue :

- Mesurez la moitié de la circonférence du patient
- Multipliez cette valeur par 2
- Utilisez le fermoir pour réglage la longueur de la bande de torse à l'arrière
- Ouvrez la bande de torse à l'aide du système de libération rapide
- Ajustez le bandage

SOIN ET ENTRETIEN

Pour assurer l'hygiène et prolonger la durée de vie du bandage, il importe de la laver régulièrement en respectant les instructions de lavage.

Si le bandage n'est pas utilisée pendant une période prolongée, il est conseillé de la laver et de la faire sécher avant de la ranger.

Avant le lavage, fermez les fermetures à boucles et à crochets afin de protéger le bandage d'épaule et l'autre linge.

Le bandage peut être lavée à des températures allant jusqu'à 30 °C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. N'utilisez aucun agent de blanchissement. Un cycle d'essorage doux peut être utilisé : ensuite, faites sécher le bandage à l'air libre (**pas** près d'une source de chaleur ni, dans un sèche-linge).

IMPORTANT

- L'utilisation appropriée du bandage Push peut nécessiter le diagnostic d'un médecin ou d'un thérapeute.
- Les bandages Push sont prévus pour être portés sur une peau en bonne santé. Si la peau est abîmée, elle doit d'abord être recouverte d'une matière adéquate.
- Pour assurer un fonctionnement optimal, choisissez la taille de votre bandage adéquate. Essayez donc le bandage avant de l'acheter, afin de vérifier que la taille vous convient. Le personnel spécialisé de votre revendeur vous expliquera la meilleure manière de placer votre bandage Push. Nous vous conseillons de conserver ces informations, afin de pouvoir consulter à nouveau les instructions d'ajustage du bandage à tout moment.
- Consultez un spécialiste des bandages si le produit nécessite une adaptation individuelle.
- Contrôlez votre bandage Push avant chaque utilisation, pour vérifier qu'il n'y a pas de signes d'usure ou de vieillissement de ses éléments ou de ses coutures. Votre bandage Push ne peut fonctionner de manière optimale que s'il est entièrement intact.
- Conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, l'utilisateur doit informer le fabricant et l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur est établi de tout incident grave relatif au produit.
- En cas d'irritation cutanée éventuelle, on peut conseiller de porter le bandage au-dessus des vêtements.

Push® est une marque déposée de Nea International bv

TUTORE PER SPALLA PUSH MED PLUS

INTRODUZIONE

I prodotti Push med offrono soluzioni efficaci per il trattamento e la prevenzione di lesioni dell'apparato locomotore.

Il vostro nuovo tutore per spalla è un prodotto Push med, che si contraddistinguere per l'alto livello di efficacia, comfort e qualità. Il tutore per spalla Push Med Plus assicura una corretta immobilizzazione e sollievo dal dolore. Il supporto meccanico ed una postura stabile della spalla costituiscono la base dei suoi prestazioni.

I prodotti Push med sono innovativi e vengono realizzati con la massima cura. Siamo convinti del fatto che godere della massima fiducia da parte di chi utilizza i nostri prodotti sia essenziale per il livello di soddisfazione dei clienti soddisfatti. Prima di utilizzare il tutore per spalla Push med Plus, vi preghiamo di leggere attentamente le informazioni sul prodotto. Per eventuali domande, rivolgetevi al vostro rivenditore di fiducia, a consultare il sito www.push.eu o ad inviare un'e-mail all'indirizzo info@push.eu.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il vostro tutore per spalla Push med Plus consta di quattro componenti. La fascia toracica, che si chiude attorno alla parte inferiore del petto o la parte superiore della vita, costituye la base del sopporto. Solo hay que ajustar esta banda una vez según el tamaño correcto. Se puede utilizar el cierre rápido (2) para abrir y cerrar la banda pectoral y para ajustarla para obtener el máximo confort. Para evitar la abducción del hombro lo máximo posible, la banda de brazo superior fija el brazo superior contra el cuerpo. El cómodo apoyo de la muñeca/mano mantiene fijo y sujeta el brazo. La hombrera Push med Plus proporciona confort gracias a la banda al hombro adicional, que proporciona a su vez más inmovilización y apoyo a la articulación del hombro lesionado y mantiene la mano a la altura deseada. Cada punto de fijación se ajusta independientemente para obtener una adaptación óptima en cualquier circunstancia. La hombrera está hecha de Sympress™, un cómodo material de alta calidad. El uso de microfibras proporciona una sensación interior suave al tacto y mantiene la piel seca. Los bordes de las bandas también son suaves. La hombrera Push med Plus se puede lavar de forma normal.

INDICACIONES

- Fractura de clavícula
- Tratamiento tras (sub)luxación
- Tratamiento tras (sub)luxación de la articulación SC o AC
- Tratamiento posquirúrgico
- Periartritis húmero-escapular
- Fractura subcapital de húmero
- Como un cabestrillo en caso de hemiparesia ligera (también por la noche)

No se conocen contraindicaciones que impidan que no deba utilizarse el protector. En caso de mala circulación sanguínea en las extremidades, un protector puede causar hiperemia. Evite ponerse el protector demasiado apretado al principio.

El dolor es siempre una señal de aviso. Si el dolor continúa o la queja se acrecienta, es aconsejable consultar con el médico o fisioterapeuta.

AJUSTE / FIJACIÓN

La hombrera se encuentra disponible en tres tallas. Para un correcto ajuste, se mide la circunferencia del pecho cinco centímetros por encima del nivel del codo. El cuadro que viene en el envoltorio muestra la talla correcta para la circunferencia de su pecho.

La secuencia correcta de ajuste se determina por los símbolos de moléculas en aumento que hay sobre el cierre de gancho y lazo (○ △ □).

Se deben abrir todas las correas de gancho y lazo marcadas con símbolos y las otras deben permanecer cerradas.

A. Agarre la hombrera con el brazo sano por encima ancha de la banda al hombro.
B. Pase el brazo lesionado y la cabeza a través de la apertura.
C. Cierre la banda de brazo superior pasando la banda por el cierre y ciérrela justo por encima del codo (○).

Para el profesional que suministra la hombrera: Antes del primer uso, se deben ajustar dos bandas de la hombrera para el paciente:

D1. Ajuste la banda al hombro en la espalda para asegurarse de que la banda pectoral esté a la misma altura que el brazo superior
D2. A continuación, ajuste la banda pectoral para que se ajuste firmemente al cuerpo proporcionando una sensación de comodidad al paciente

D. Cierre la banda pectoral de forma que se proporcione un ajuste cómodo (△).
E. Coloque la mano sobre el apoyo de la muñeca/mano y ciérrelo con la banda al hombro (△).
F. Puede deslizar el apoyo de la muñeca/mano para la banda pectoral (izquierda/derecha) o tirar de ella (hacia arriba/hacia abajo) para conseguir el mejor ajuste posible.

Instrucciones de fijación para pacientes en posición reclinada:

- Mida la mitad de la circunferencia del paciente
- Multiplique por 2
- Use la hebilla para ajustar la longitud de la banda del pectoral en la parte posterior
- Abra la banda del pectoral utilizando el broche de desenganche rápido
- Ajuste el soporte

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para fomentar y optimizar la vida útil de la hombrera, es importante lavarla con regularidad, siguiendo las instrucciones de lavado.

Si no va a usar la hombrera en un tiempo, es aconsejable que la lave y la seque antes de guardarla.

Antes de proceder con el lavado, abroche los cierres de gancho y lazo para proteger la hombrera y otras prendas.

Se puede lavar hasta una temperatura de 30 °C en un programa de tejidos delicados o bien a mano. No emplee lejía ni productos blanqueadores.

Se puede usar un centrifugado suave. Después tienda la hombrera para que se seque al aire (**nunca** cerca de una fuente de calor o con una secadora).

IMPORTANTE

- Para un correcto uso de la hombrera Push, solicite el diagnóstico de un médico o fisioterapeuta.
- Los protectores Push han sido diseñados para ponérselos sobre una piel sin heridas. En caso de tener alguna herida, primero hay que proteger la piel con material adecuado.
- El rendimiento óptimo solo puede conseguirse eligiendo la talla adecuada. Pruébese el protector antes de comprarlo para asegurarse de la talla. El personal profesional de su establecimiento le explicará la mejor forma de colocarse la hombrera Push. Es recomendable guardar la información de este producto en un lugar seguro, para poder consultar las instrucciones de ajuste cuando lo necesite.
- Consulte a un especialista en este tipo de productos si necesita una adaptación personal.
- Revise su hombrera Push cada vez que vaya a ponérsela, por si tuviera indicios de desgaste o envejecimiento en los componentes o las costuras. El rendimiento óptimo de su hombrera Push solo puede garantizarse si el producto está completamente intacto.
- En el marco del Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios, el usuario debe informar de cualquier incidente grave relacionado con el producto al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que viva.
- En caso de posible irritación da pele, é aconselhável utilizar a ligadura por cima da roupa.

Push® es una marca registrada de Nea International bv

HOMBRERA PUSH MED PLUS

INTRODUCCIÓN

Los productos Push med proporcionan soluciones para el tratamiento y la prevención de lesiones del aparato locomotor.

La nueva hombrera es un producto Push med, caracterizado por un alto nivel de eficacia, confort y calidad. El soporte para hombro Push med Plus asegura una fijación adecuada y un alivio del dolor. El soporte mecánico y la colocación estable del hombro constituyen la base de su rendimiento.

Los productos Push med son realmente innovadores y se fabrican con un cuidado esmerado. Nuestro compromiso es proporcionarle la confianza máxima y la satisfacción del usuario. Lea detenidamente la información sobre el producto antes de utilizar la hombrera Push med Plus. Si tiene alguna duda, consulte con su distribuidor o envíe un correo electrónico a www.push.eu (info@push.eu).

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

La hombrera Push med está formada por cuatro componentes. La banda pectoral, que se cierra alrededor de la parte inferior del pecho o la parte superior de la cintura, constituye la base del soporte. Solo hay que ajustar esta banda una vez según el tamaño correcto. Se puede utilizar el cierre rápido (2) para abrir y cerrar la banda pectoral y para ajustarla para obtener el máximo confort. Para evitar la abducción del hombro lo máximo posible, la banda de brazo superior fija el brazo superior contra el cuerpo. El cómodo apoyo de la muñeca/mano mantiene fijo y sujeta el brazo. La hombrera Push med Plus proporciona confort gracias a la banda al hombro adicional, que proporciona a su vez más inmovilización y apoyo a la articulación del hombro lesionado y mantiene la mano a la altura deseada. Cada punto de fijación se ajusta independientemente para obtener una adaptación óptima en cualquier circunstancia. La hombrera está hecha de Sympress™, un cómodo material de alta calidad. El uso de microfibras proporciona una sensación interior suave al tacto y mantiene la piel seca. Los bordes de las bandas también son suaves. La hombrera Push med Plus se puede lavar de forma normal.

INDICACIONES

- Fractura de clavícula
- Tratamiento tras (sub)luxación
- Tratamiento tras (sub)luxación de la articulación SC o AC
- Tratamiento posquirúrgico
- Periartritis húmero-escapular
- Fractura subcapital de húmero
- Como un cabestrillo en caso de hemiparesia ligera (también por la noche)

No se conocen contraindicaciones que impidan que no deba utilizarse el protector. En caso de mala circulación sanguínea en las extremidades, un protector puede causar hiperemia. Evite ponerse el protector demasiado apretado al principio.

El dolor es siempre una señal de aviso. Si el dolor continúa o la queja se acrecienta, es aconsejable consultar con el médico o fisioterapeuta.

AJUSTE / FIJACIÓN

La hombrera se encuentra disponible en tres tallas. Para un correcto ajuste, se mide la circunferencia del pecho cinco centímetros por encima del nivel del codo. El cuadro que viene en el envoltorio muestra la talla correcta para la circunferencia de su pecho.

La secuencia correcta de ajuste se determina por los símbolos de moléculas en aumento que hay sobre el cierre de gancho y lazo (○ △ □).

Se deben abrir todas las correas de gancho y lazo marcadas con símbolos y las otras deben permanecer cerradas.

A. Agarre la hombrera con el brazo sano por encima ancha de la banda al hombro.
B. Pase el brazo lesionado y la cabeza a través de la apertura.
C. Cierre la banda de brazo superior pasando la banda por el cierre y ciérrela justo por encima del codo (○).

Para el profesional que suministra la hombrera: Antes del primer uso, se deben ajustar dos bandas de la hombrera para el paciente:

D1. Ajuste la banda al hombro en la espalda para asegurarse de que la banda pectoral esté a la misma altura que el brazo superior
D2. A continuación, ajuste la banda pectoral para que se ajuste firmemente al cuerpo proporcionando una sensación de comodidad al paciente

D. Cierre la banda pectoral de forma que se proporcione un ajuste cómodo (△).
E. Coloque la mano sobre el apoyo de la muñeca/mano y ciérrelo con la banda al hombro (△).
F. Puede deslizar el apoyo de la muñeca/mano para la banda pectoral (izquierda/derecha) o tirar de ella (hacia arriba/hacia abajo) para conseguir el mejor ajuste posible.

Instrucciones de fijación para pacientes en posición reclinada:

- Mida la mitad de la circunferencia del pa

PUSHの医療に適した肩サポーターブラス

はじめに
運動あとの痛みの部分に痛みや腫脹がある場合、PUSH医療用製品はその患部に対する保護や処置に有効な働きをします。

新しいPUSHの医療に適した製品としての肩サポーターは、機能性、快適性と品質にこだわった特徴があります。Push med shoulder brace Plus（肩補強用）は、肩を適切に固定して、腕を支持します。機械的な力と重さの影響に対して、肩関節を安定させる際に特に良くなっているのも特徴です。

PUSHの医療に適した製品は、専用の素材が配慮された革新的な製品と言えます。ユーザーの最大の目標に応えるべく私たちは努力しています。PUSHの医療に適した肩サポーターブラスをご使用頂く際には、製品の仕様書を注意深くお読みください。ご使用のある場合は、販売店にお尋ねください。また、PUSHのwebサイト（info@push.eu）にお問い合わせください。

製品の特徴

PUSHの医療に適した肩サポーターブラスは3つの部分からできております。ショルダーストラップの素敵とクッションが、それは腕の下部あたりから腰の上あたりから後ろで交差しています。この肩サポーターブラスはすべてのユーザーの方が一度は経験する必要があります。「活過ぎっ」（2）は、腕のサポーターの地上さを最適なものにするため、肩のいちり調とたりしながら手早く調節するためのロックです。できるだけ腕の外転を防ぐために、上腕のサポーターは、上腕を身体に対して固定します。手首や手を楽に保持するため、腕と固定して支持します。PUSHの医療に適した肩サポーターブラスは、さらに、肩関節に適切な負荷を加えることができます。これらの3つの動きで影響を受けている肩関節の固定化を増強し、手を望ましい高さに保持することができます。肩への固定化を腕を上に調節することにより、肩の上に調節することができます。サポーターは、高品質でのある3layersテープの3つの層から成り立っています。サポーターは、高品質でのある3layersテープの3つの層で構成されています。使用のエクロのファイバーに伴い、内側はソフトなタッチで皮膚にベストうません。パンドの様もた柔らかく感じて下さい。PUSHの医療に適した肩サポーターブラスは、非常に高度とすることができます。

適応

- 鎖骨骨折
- （不完全）脱臼後の治療
- SC（または AC 関節の（不完全）脱臼後の治療
- 術後治療
- 上腕骨の関節周囲炎
- 骨折下上腕骨関節包炎
- 肩い月腕を全解像（夜間 l）の場合の三角巾として

ブレースを着用できないか、着用するべきではない身体障害は知られていません。ブレースの使い方を誤ると、ブレースのために皮膚が刺激されることがあります。最初はブレースをきちっと締めずにゆるくしてください。

痛みを感じる場合には、何か問題があります。痛みが持続するとか、症状が悪化する場合には、医師または理学療法士の指示に従ってください。

着用方法・合わせ方

肩サポーターにはSMLのサイズがあります。適切に着用するため、胸囲サイズはぶらりて下げた肩の位置からシャツ上の部分にて測ってください。胸囲に対応する適切なサポーターのサイズについては、パッケージに表示されている表をご覧ください。

正しい登山の順序は、面ファスナーの増加する分ラインがポイントに対応決定されます（C）（D）（A）。

マークがある面ファスナー・パンドは一度ではなくはがれなどもません。
他のものは閉じたままです。

A. 問題がなく動かせる限りサポーターの肩パットの部分を握ってください。
B. 問題がある場合上に伴様を 開け前に入れてください。
C. 上腕パンドを緩め金全通して締め、上腕パンドは下度肘の上で閉じてください。（D）

サポーターを提供する専門スタッフの方に： 初めて使用する場合、サポーターのニコパンドは患者用者のために一度は調整しなければなりません。

D1. 肩パンドに、肩パンドが上腕と同じ高さになるように背中のところで調整します。

D. 肩パンドが心地よくフィットしている状態で、肩パンドを閉じます。（F）

E. 手を手首・手サポートに入れ、肩パンドの上で閉じます。

F. 手首・手サポートは、肩パンドの上で(左/右)に落ちセたり、或いはそれも引っぱったり（上/下に）、左右心身体に正くフィットさせます。

取り換え位置でご確認ください

- 患者の調節を施ってください
- それを立ちについてください
- 肩パンドの長さを調整するために、背面で留め金を使用してください
- 外（ハズス）にとり、肩パンドを開いてください

保存と取扱

ブレースの衛生を保ち、寿命を最大に伸ばすには、クリーニングの前後を守って定期的にブレースをクリーニングすることが重要です。

しばらくそれを使用するつもりがない場合には、保管する前にブレースを洗って乾燥させることをお勧めします。

熱、この前には、サポーターと他の洗濯物を保護するために面ファスナーを閉じてください。

サポーターは、温度30度までの 注意を必要とする洗濯機の繊細サイクルまたは手で洗濯することができます。どんな洗剤も使わないでください。

洗濯機のゆるやかな回転乾燥サイクルは使っても差支えはありませんが、それ後、サポーターを大気中にて（熱源の近くや回転式乾燥機以外で）乾かしてください。

重要

PUSHサポーターを適切に使用するために、医師または理学療法士の指示に従ってください。

PUSHサポーターには、無傷の皮膚に着用する目的で設計されています。

皮膚に傷がある場合には、まず適切な材料で覆う必要があります。

最適な機能を実現するには、適切なサイズを選択することが大事です。購入前に（メジャーを使用して）サイズを確認してください。肩パンドの調節の専門スタッフが、プッシュブレースを取り付ける最適な方法を説明します。この製品情報は、医師または理学療法士、及び付けの北だについて必要なときについても参照できるようにしてください。

製品に個別の調整が必要な場合には、ブレースの専門家に相談してください。

コンポーネントの一部にラテックスゴムが含まれているため、ラテックスに敏感なユーザーがプッシュブレースをチェックしてください。プッシュブレースの最適なパフォーマンスは、製品が全くないない場合にのみ保証されます。

医療機器に関するEU指令2017/745の枠組み内にある場合、ユーザーは製品に関連する重大な事故について製造業者およびユーザーの会社のある加盟国の所管官庁に報告しなければなりません。

皮膚に直接触れるとその状態が悪化する場合は、皮膚に直接触れるとその状態が悪化する場合は、医師または理学療法士の指示に従ってください。

他のものと同様に、PUSHサポーターは、適切なケアと定期的な交換が必要です。

PUSHサポーターは、適切なケアと定期的な交換が必要です。

PUSHサポーターは、適切なケアと定期的な交換が必要です。